

Zápisnica
z neverejného otvárania časti ponúk „Kritériá“

Verejný obstarávateľ:	Národná transfúzna služba SR Limbová 3, 833 14 Bratislava
Predmet zákazky:	Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s elektronickou aukciou
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	15.05.2013, Vestník č. 93/2013 - 7413 - MST 15.05.2013, Ú. v. EÚ 2013/S 093-158524
Miesto a čas zasadnutia:	14.08.2013 o 11:00 hod. Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, zasadačka

Komisia:

Predseda:

PhDr. Peter Hložný, MPH externý poradca pre verejné obstarávanie

Členovia:

MUDr. Nataša Chovancová vedúci lekár Pracoviska NTS v Trenčíne

Mgr. Martina Grožajová projektový manažér

Člen nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR – bez práva vyhodnocovať ponuky:

Ing. Andrea Boldišová Odbor centrálného verejného obstarávania

Zoznam predložených ponúk:

1. BIOHEM spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Postup komisie:

Predseda komisie konštatuje, že otváranie ponúk je z dôvodu následného použitia elektronickej aukcie neverejné. Komisia bude postupovať tak, že pristúpi k otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“, pričom zaznamená východiskové ceny z návrhov na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Uvedené údaje budú použité ako vstupné zadávacie dáta pre účely následnej elektronickej aukcie.

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk:

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

1.1 Kritérium č. 1:

Celková zmluvná cena v eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v eurách vypočítaná podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v súlade s časťou D. *Spôsob určenia ceny.*

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH je konečná cena s DPH a preto sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH je konečná cena bez DPH a preto sa bude hodnotiť cena bez DPH.

(Maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu celkovú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.)

Maximálne 70 bodov

1.2 Kritérium č. 2:

Diagnosticke, kalibračné a kontrolné reagensy musia byť vkladané do plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia v originálnych baleniach (flaštičkách) označených čiarovým kódom bez nutnosti použitia sekundárnych kontajnerov alebo flaštičiek.

(Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)

Maximálne 15 bodov

1.3 Kritérium č. 3:

Priepustnosť plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia: minimálna požadovaná kapacita vstupnej jednotky (podávača) vyšetrovaných vzoriek je 430 vzoriek (skúmviek).

(Maximálna bodová hodnota je pre najvyššiu hodnotu priepustnosti systému, pri ostatných sa určí úmerou.)

Maximálne 9 bodov

1.4 Kritérium č. 4:

Plnoautomatický analyzátor pre rutinné vyšetrenia musí mať grafický displej s časovým manažmentom umožňujúcim zobraziť čas, kedy budú pri testovaní k dispozícii výsledky.

(Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť, ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)

Maximálne 6 bodov

2. Spôsob hodnotenia kritérií:

2.1 Kritérium č. 1:

Celková zmluvná cena v eurách (v znení podľa bodu 1.1)

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny ostatných ponúk sa vyjadri ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenasobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Vzorec:

$$\text{Počet bodov hodnoteného uchádzača} = \frac{\text{dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača}}{\text{dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača}} \times \text{maximálny počet bodov pre kritérium}$$

2.1.1 Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.

2.2 Kritérium č. 2

Diagnostické, kalibračné a kontrolné reagenty musia byť vkladané do plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia v originálnych baleniach (fľaštičkách) označených čiarovým kódom bez nutnosti použitia sekundárnych kontajnerov alebo fľaštičiek.

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.

2.3 Kritérium č. 3

Priepustnosť plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia: minimálna požadovaná kapacita vstupnej jednotky (podávača) vyšetrovaných vzoriek je 430 vzoriek (skúmaviek).

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najvyššou hodnotou priepustnosti systému a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie priepustnosti systému ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel hodnoty priepustnosti systému príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej hodnoty priepustnosti systému platnej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Vzorec:

$$\text{Počet bodov hodnoteného uchádzača} = \frac{\text{dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača}}{\text{dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača}} \times \text{maximálny počet bodov pre kritérium}$$

2.4 Kritérium č. 4

Plnoautomatický analyzátor pre rutinné vyšetrenia musí mať grafický displej s časovým manažmentom umožňujúcim zobrazit' čas, kedy budú pri testovaní k dispozícii výsledky.

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.

3. Identifikácia úspešného uchádzača:

3.1 Úspešný bude uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

Na predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením.

Členovia komisie pristúpili k otváraní obálky časti ponuky označenej ako „Kritériá“, pričom skontrolovali neporušenosť obalu predloženej ponuky.

Následne boli prečítané a zaznamenané východiskové hodnoty z **návrhu na plnenie kritérií**, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

Kritérium:	Uchádzač: BIOHEM spol. s .r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena v eurách (Maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu celkovú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.)	7 504 985,60 €
Kritérium č. 2: Diagnostické, kalibračné a kontrolné reagensie musia byť vkladané do plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia v originálnych baleniach (fľaštičkách) označených čiarovým kódom bez nutnosti použitia sekundárnych kontajnerov alebo fľaštičiek (Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)	ÁNO
Kritérium č. 3: Priepustnosť plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia: minimálna požadovaná kapacita vstupnej jednotky (podávača) vyšetrovaných vzoriek je 430 vzoriek (skúmaviek) (Maximálna bodová hodnota je pre najvyššiu hodnotu priepustnosti systému, pri ostatných sa určí úmerou.)	440
Kritérium č. 4: Plnoautomatický analyzátor pre rutinné vyšetrenia musí mať grafický displej s časovým manažmentom umožňujúcim zobrazit' čas, kedy budú pri testovaní k dispozícii výsledky (Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť, ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)	ÁNO

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.

Meno, priezvisko: Podpis:

PhDr. Peter Hložný, MPH _____

MUDr. Nataša Chovancová _____

Mgr. Martina Grožajová _____

Ing. Andrea Boldišová _____