

Zápisnica

z vyhodnotenia ponúk (2)

(po otvorení časti „Kritériá“), pred elektronickou aukciou

Verejný obstarávateľ:	Národná transfúzna služba SR Limbová 3, 833 14 Bratislava
Predmet zákazky:	Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s elektronickou aukciou
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	15.05.2013, Vestník č. 93/2013 - 7413 - MST 15.05.2013, Ú. v. EÚ 2013/S 093-158524
Miesto a čas zasadnutia:	14.08.2013 o 11:20 hod. Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, zasadačka

Komisia:

Predseda:

PhDr. Peter Hložný, MPH externý poradca pre verejné obstarávanie

Členovia:

MUDr. Nataša Chovancová vedúci lekár Pracoviska NTS v Trenčíne

Mgr. Martina Grožajová projektový manažér

Člen nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR – bez práva vyhodnocovať ponuky:

Ing. Andrea Boldišová Odbor centrálného verejného obstarávania

Zoznam predložených ponúk:

1. BIOHEM spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Zoznam vylúčených uchádzačov:

Uchádzač nebol vylúčený, pretože splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky zadefinované v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a zároveň splnil požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Zoznam ponúk, ktoré budú vyhodnocované podľa kritérií:

1. BIOHEM spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Komisia konštatuje, že do vyhodnotenia na základe kritérií bola zaradená ponuka uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky zadefinované v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a zároveň splnil požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Kritériá:

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

1.1 Kritérium č. 1:

Celková zmluvná cena v eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v eurách vypočítaná podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v súlade s časťou D. *Spôsob určenia ceny.*

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH je konečná cena s DPH a preto sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH je konečná cena bez DPH a preto sa bude hodnotiť cena bez DPH.

(Maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu celkovú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.)

Maximálne 70 bodov

1.2 Kritérium č. 2:

Diagnostické, kalibračné a kontrolné reagensie musia byť vkladané do plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia v originálnych baleniach (fľaštičkách) označených čiarovým kódom bez nutnosti použitia sekundárnych kontajnerov alebo fľaštičiek.

(Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)

Maximálne 15 bodov

1.3 Kritérium č. 3:

Priepustnosť plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia: minimálna požadovaná kapacita vstupnej jednotky (podávača) vyšetrovaných vzoriek je 430 vzoriek (skúmaviek).

(Maximálna bodová hodnota je pre najvyššiu hodnotu priepustnosti systému, pri ostatných sa určí úmerou.)

Maximálne 9 bodov

1.4 Kritérium č. 4:

Plnoautomatický analyzátor pre rutinné vyšetrenia musí mať grafický displej s časovým manažmentom umožňujúcim zobrazit' čas, kedy budú pri testovaní k dispozícii výsledky.

(Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť, ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)

Maximálne 6 bodov

2. Spôsob hodnotenia kritérií:

2.1 Kritérium č. 1:

Celková zmluvná cena v eurách (v znení podľa bodu 1.1)

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Vzorec:

$$\text{Počet bodov hodnoteného uchádzača} = \frac{\text{dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača}}{\text{dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača}} \times \text{maximálny počet bodov pre kritérium}$$

2.1.1 Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.

2.2 Kritérium č. 2

Diagnostické, kalibračné a kontrolné reagenty musia byť vkladané do plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia v originálnych baleniach (fľaštičkách) označených čiarovým kódom bez nutnosti použitia sekundárnych kontajnerov alebo fľaštičiek.

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.

2.3 Kritérium č. 3

Priepustnosť plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia: minimálna požadovaná kapacita vstupnej jednotky (podávača) vyšetrovaných vzoriek je 430 vzoriek (skúmaviek).

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača s najvyššou hodnotou priepustnosti systému a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie priepustnosti systému ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel hodnoty priepustnosti systému príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej hodnoty priepustnosti systému platnej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

Vzorec:

$$\text{Počet bodov hodnoteného uchádzača} = \frac{\text{dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača}}{\text{dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača}} \times \text{maximálny počet bodov pre kritérium}$$

2.4 Kritérium č. 4

Plnoautomatický analyzátor pre rutinné vyšetrenia musí mať grafický displej s časovým manažmentom umožňujúcim zobrazit' čas, kedy budú pri testovaní k dispozícii výsledky.

Maximálny počet bodov sa prideli ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke uchádzača, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.

3. Identifikácia úspešného uchádzača:

3.1 Úspešný bude uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.

Pred zahájením elektronickej aukcie boli zaznamenané východiskové ceny z návrhu na plnenie kritérií uchádzača, ktoré budú použité ako vstupné zadávacie dáta pre účely následnej elektronickej aukcie.

Komisia pri skúmaní ponúk nezistila žiadne zrejme matematické chyby v ponuke ceny a nepristúpila k ich oprave.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom hodnotenia je ponuka len jedného uchádzača: **BIOHEM spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín**, ktorý splnil podmienky účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní ako aj ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa zadefinované základné charakteristiky predmetu zákazky určené verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, komisia nepristúpi k samostatnému hodnoteniu ponuky spôsobom doplnenia hodnotiacich tabuliek.

Vyhodnotenie ponúk podľa kritéria pred začatím elektronickej aukcie podľa § 43 ods.6:

Kritérium:	Uchádzač: BIOHEM spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	Max. počet bodov:	Počet bodov za kritérium
Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena v eurách (Maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu celkovú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.)	7 504 985,60	70	70
Kritérium č. 2: Diagnostické, kalibračné a kontrolné reagencie musia byť vkladane do plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia v originálnych baleniach (fľaštičkách) označených čiarovým kódom bez nutnosti použitia sekundárnych kontajnerov alebo fľaštičiek (Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť. Ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)	ÁNO	15	15
Kritérium č. 3: Priepustnosť plnoautomatického analyzátora pre rutinné vyšetrenia: minimálna požadovaná kapacita vstupnej jednotky (podávača) vyšetrovaných vzoriek je 430 vzoriek (skúmaviek) (Maximálna bodová hodnota je pre najvyššiu hodnotu priepustnosti systému, pri ostatných sa určí úmerou.)	440	9	9
Kritérium č. 4: Plnoautomatický analyzátor pre rutinné vyšetrenia musí mať grafický displej s časovým manažmentom umožňujúcim zobrazovať čas, kedy budú pri testovaní k dispozícii výsledky (Maximálna bodová hodnota je pre ponuku, v ktorej analyzátor má požadovanú schopnosť, ponuke, v ktorej analyzátor nemá požadovanú schopnosť nebudú pridelené žiadne body.)	ÁNO	6	6
Vyhodnotenie podľa § 43 ods. 6:			1.

Po úvodnom vyhodnotení ponúk v súlade s § 43 ods. 6 bude vyššie uvedený hodnotený uchádzač vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii za účelom predkladania nových cien upravených smerom nadol.

Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.

Meno, priezvisko:	Podpis:
PhDr. Peter Hložný, MPH	_____
MUDr. Nataša Chovancová	_____
Mgr. Martina Grožajová	_____
Ing. Andrea Boldišová	_____